

Predmet nabave: UMJERAVANJE MJERNE OPREME U 2022. GODINI

Evidencijski boj nabave: 434/2022

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

PITANJA/PRIJEDLOG POTENCIJALNOG PONUDITELJA:

Poštovani,

molim Vas još za nekoliko informacija koje su nam potrebne za sastavljanje ponude:
Mjerila tlaka stavke br. 24, 30, 42, 43, 50, 68, 80, 117, 122, 147, 148 - radi se o digitalnim ili analognim uređajima?

Stavke 80, 122 - koji je raspon

Stavke 43, 50 147 - koje je klase točnosti

Stavke 68, 117, 148 - koji je raspon i klasa točnosti

Stavka 42, 50 - od koliko manometara se sastoje navedeni uređaji?

Stavke 24, 43, 68, 80, 122 - je li manometar odvojiv sa uređaja?

Pomoglo bi i ako nam možete javiti za mjerila tlaka koja je dimenzija navoja.

Stavka 121 - radi li se o infracrvenom termometru?

ODGOVOR:

Mjerna oprema, pojašnjenja po red. br. ponudbenog popisa :

- 24. analogni, pisač + manometar , manometar odvojiv od pisača
- 30. analogni
- 42. analogni , 2 manometra
- 43. analogni , kl.1.0. manometar odvojiv ali uređaj čini hidraulički cilindar , crijevo i ulje kao medij (sabijanjem klipa hidrauličkog cilindra ulje potiskuje manometar tj. određena sila F se pretvara u određeni tlak, bara)
- 50. analogni, kl. 1.0 , 2 manometra
- 68. analogni , 0 -60 bar, zapisivač na kartici (motometer), neodvojivo
- 80. analogni , kl.1.0. 160 bar, manometar odvojiv ali uređaj čini hidraulički cilindar , crijevo i ulje kao medij (sabijanjem klipa hidrauličkog cilindra ulje potiskuje manometar tj. određena sila F se pretvara u određeni tlak, bara)
- 117.analogni ,0-60 bar , zapisivač na kartici (motometer), neodvojivo
- 122. analogni , kl.1.0. 160 bar, manometar odvojiv ali uređaj čini hidraulički cilindar , crijevo i ulje kao medij (sabijanjem klipa hidrauličkog cilindra ulje potiskuje manometar tj. određena sila F se pretvara u određeni tlak, bara)
- 147. analogni , kl.1.0
- 148.analogni kl. 1.0. 0-16 bar
- 121 digitalni termometar , sa sondama , vodičima povezane sa uređajem

U Zagrebu, 21.03.2022.

Rukovoditelj poslova komercijale